

**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический Центр «ЭкологиксЛаб»**

Юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, улица Калинина, д.13.
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.430292

СВИДЕТЕЛЬСТВО
об участии лаборатории в
межлабораторных сличительных испытаниях

Дата выдачи 21 декабря 2023 г.

Наименование участника

ООО «Центр медицинской техники»

ИНН/ОГРН

6623018462/1046601233227

Адрес

622035, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил,
ул. Тимирязева, д. 87

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц

RA.RU.21АП23

Лаборатория радиационного контроля ООО «Центр медицинской техники» приняла участие в 23 туре межлабораторных сличительных испытаний по программе ПР № 11-23 «Программа проверки квалификации в области радиационного контроля рабочего места оператора рентгеновского кабинета».

Результаты участия приведены на оборотной стороне свидетельства.

Приложение: отчет № 11-23-23-2.

Руководитель провайдера проверки квалификации

А.А. Ефремова



В качестве приписанного значения использовались значения измеряемых величин, полученные единственной лабораторией с использованием основного метода п. 7.5 ГОСТ Р 50779.60-2017.

Для оценки характеристики функционирования использовалось число E_n , приведенный в ГОСТ ISO/IEC 17043-2013.

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ

Измеряемая величина – мощность AMBIENTного эквивалента дозы (МАЭД) фотонного излучения.

Единица измерения – мкЗв/ч.

	Контрольная точка №1
x_{ref}	0,42 мкЗв/ч
$u_{x_{ref}}$	0,11 мкЗв/ч
x_{lab}	0,582 мкЗв/ч
$\Delta_{x_{lab}}$	0,060 мкЗв/ч
Критерий $ E_n $	0,70
Интерпретация	Удовлетворительно

Обозначения:

x_{ref} – приписанное значение, определенное в соответствии с приложением 7.5. ГОСТ Р 50779.60-2017;

$u_{x_{ref}}$ – стандартная неопределенность приписанного значения;

x_{lab} – результат участника;

$\Delta_{x_{lab}}$ – погрешность результата участника ($P=0,95$), либо расширенная неопределенность ($k=2$).

Координатор МСИ

А.А. Ефремова